

CERTIFICADO N° 009L-CMQ-2022 v.1			
FECHA CONCESIÓN 11-Mayo-2022			
Revisión 1	Fecha 10-11-2021	Código FOR CERTQ.04	Página 1 de 1



El Laboratorio de Investigación y Control de Calidad en Textiles Cuero y Calzado de la Universidad de Santiago LICTEX-UdeSantiago certifica que:

UN TOTAL DE 1644 pack
MASCARILLAS QUIRURGICAS TRES PLIEGUES
Identificadas como
Pack 10 Unidades RDL
Cajas de 50 unidades Steelpro

SUMINISTRADO POR: VICSA SAFETY COM LTDA
DIRECCIÓN: Panamericana Norte 5151 Conchalí.
ELABORADO EN: *Importado*

Las mascarillas antes mencionadas son conformes a:

ENSAYOS	RESULTADOS
BFE	99,6%
Presión Diferencial	25 Pa/cm ²
Limpieza microbiana	1 ufc/g
Resistencia a las Salpicadura de Sangre Pasa /Falla	Falla

CLASIFICACIÓN FINAL
TIPO II

CUMPLIENDO LA NORMATIVA: “NCh14683:2021 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo.” (idéntica UNE EN2019 + AC 2019)

Para conceder este certificado, LICTEX-UdeSantiago ha ensayado el producto cuyos resultados se evidencian en el Informe de ensayos N° 008L CMQ-22v.1/ Fecha 11- 05-2022



MARIA NEIRA LORCA
INGENIERA TEXTIL
GERENTE TECNICO
LICTEX – UdeSantiago